血圧計

測定項目	製品名	コード番号	シリアル番号	製造会社名	精度管理・メンテナンス
血圧計①	テルモ電子血圧計H55	EG-H55	13-G25A221	テルモ株式会社	取扱説明書に則って点検を実施。 毎日、使用前点検・メンテナンス。 6ヶ月に1回、送気球の点検。 年に1回、メーカー点検依頼。 5年に1回、買い替え。
血圧計②	テルモ電子血圧計H55	EG-H55P	12-H17A161	テルモ株式会社	
血圧計③	テルモ電子血圧計H55	EG-H55B	12-G11A006	テルモ株式会社	